

Link do produktu: <https://sterylni.com/saltec-paski-do-kontroli-sterylizacji-parowej-klasa-4-200400-szt-p-199.html>

## Saltec Paski Do Kontroli Sterylizacji Parowej Klasa 4 200/400 szt



Cena brutto	<b>35,00 zł</b>
Cena netto	<b>32,41 zł</b>
Numer katalogowy	<b>155268191</b>
Kod producenta	<b>_17074399125</b>
Kod EAN	<b>703123619844</b>

### Opis produktu

## Saltec Paski do sterylizacji parowej 2x200 szt

**Wskaźniki, paski chemiczne, do monitorowania sterylizacji parowej do autoklawu.**

#### Cechy produktu:

- Zintegrowany, wskaźnikowy test chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną.
- Przeznaczony do skutecznej kontroli parametrów krytycznych sterylizacji parą wodną i jej penetracji podczas procesu.
- Nadaje się do używania w sterylizatorach parowych każdego typu.
- Zgodny z ISO 11140-1 klasa 4 (IV).
- Pasek testowy posiada perforację umożliwiającą przedzielenie go na dwie równe części.
- Opakowanie zawiera 200 szt. pasków 20x140 mm lub 400 szt. pasków 20x70 mm (paski posiadają perforację na środku pomagającą w przedzieleniu paska na pół).
- Można nanosić na nich notatki jak datę, godzinę, numer itp.
- Czas sterylizacji: 121°C - 15 min lub 134°C - 3 min.

#### Sposób użycia:

Wskaźnik należy umieścić wewnątrz sterylizowanego pakietu, w miejscu najtrudniej dostępnym dla pary wodnej. Całość umieszczamy w autoklawie (sterylizatorze parowym) na odpowiedni czas i temperaturę. Po prawidłowo zakończonym procesie sterylizacji niebieski wskaźnik powinien zmienić kolor na czarny.